

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ (SỐ 4)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu dự kiến: Mua sắm vật tư y tế lấy máu xét nghiệm của Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Họ tên: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Số điện thoại: 0397.712.595
Địa chỉ email: duoc.bvps@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h ngày 13 tháng 03 năm 2024
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận được báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa:
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. - Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
------------------------------	--

Yêu cầu vận chuyển	- Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng
--------------------	---

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Yêu cầu về báo giá: Nhà thầu gửi Yêu cầu báo giá (01 bản) đầy đủ các thông tin hàng hóa và kèm theo (1 bản) Catalog hoặc thông tin sản phẩm để Bệnh viện có căn cứ xây dựng gói thầu.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. ✓

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- Lưu: Được.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
PGS.TS.BS *Vũ Văn Tâm*

PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng dự kiến
1	Kim chích máu	• Đầu dao (kim) được khử trùng và phủ silicone, có vỏ bảo vệ an toàn. • Thiết kế dạng chữ T dễ dàng cầm nắm khi thao tác • Kích thước: 2.0mm x 1.5mm (17G x 2.0mm) • Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	12.000
2	Phiếu lấy mẫu máu khô	• Phiếu lấy mẫu máu khô cung cấp một bề mặt đồng nhất để thu mẫu giọt máu, được làm từ chất liệu 100% cotton và tuân theo tiêu chuẩn NBS01-Ed7 của CLSI hoặc tương đương. • Thời gian thu 100μL mẫu máu: 5 – 30 giây • Đường kính điểm máu khô: 15 – 17mm • Có định dạng tiếng Việt; • Sử dụng thanh mã vạch • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Tờ	12.000



