

Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ (SỐ TM 1104.3)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu dự kiến: Mua sắm Vật tư y tế của Bệnh viện Phụ Sản năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược-
Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)
Địa chỉ email: tmsduoc.bvps24@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 04 tháng 11 năm 2024
đến trước 17h ngày 18 tháng 11 năm 2024
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa:
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. - Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Yêu cầu vận chuyển	Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng



3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Yêu cầu về báo giá: Nhà thầu gửi Yêu cầu báo giá (01 bản) đầy đủ các thông tin hàng hóa.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. ✓

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- Lưu: TMSKD.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

PGS.TS.BS Vũ Văn Lâm

PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa
1	Embryo Transfer Catheter #4000 The Tulip Memo	Hộp	2	Là dụng cụ dùng để chuyển phôi loại đầu mềm, ít gây tổn thương niêm mạc tử cung. - Gồm 2 bộ phận chính: Cây A – Guiding catheter và Cây C- Loading catheter - Ngoài ra khi cần thiết có thể sử dụng thêm cây B – Mandrel catheter cho những ca chuyển phôi khó, cần tăng cường độ cứng của cây A. - Chiều dài: Cây A: 200mm (± 2 mm); Cây C: 266mm (± 2 mm) - Đường kính bên ngoài: Cây A: 2.20 mm (± 0.05 mm); Cây C: 1.00 mm (± 0.05 mm) - Tổng dung tích: Cây C: 0.21 ml; Tổng dung tích trừ hub: Cây C: 0.069ml - Được tiệt trùng bằng tia bức xạ. - Đã được kiểm tra chất lượng bằng các test MEA (test thử nghiệm trên phôi chuột), LAL (test định lượng nồng độ độc tố). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. - Là dụng cụ chuyên dùng trong y tế, có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC/FDA), và đã được phân loại hàng hóa/ đăng ký lưu hành theo đúng quy định hiện hành tại Việt Nam dành cho dụng cụ y tế.



